

## NAČRT STERILIZACIJE OPREME IN PRIBORA

Načrt sterilizacije opreme in pribora je izdelan podlagi Pravilnika o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti Ur.l. RS, št. 104/2009

### 1. Kaj se sterilizira

Sterilizira se opremo, ki pride v stik s krvjo stranke ali delavca: škarje, britvice, rezila strojčkov za striženje, ipd

### 2. Kdaj se izvaja sterilizacija

Sterilizacija se izvaja takoj ko pride do poškodbe.

### 3. Kdo izvaja sterilizacijo

Sterilizacijo izvajajo vsi zaposleni delavci.

### 4. Način sterilizacije

Sterilizacija se izvaja s sprejem za sterilizacijo ter UV sterilizatorjem. Uporablja se sprej za razkuževanje .....

### 5. Nadzor delovanja sterilizacije s kemičnimi indikatorji

S kemičnimi indikatorji je treba nadzorovati vsako serijo sterilizacije opreme in pribora. Uporabljajo se testi za hitro kontrolo sterilnosti površin .....

### 6. Način vzdrževanja sterilizatorja

Sterilizator se čisti z vlažno krpo. UV žarnico je potrebno menjati na 2-3 leta.

Sprejel

V ..... dne .....